
PILE DYNAMICS, INC.

12/8/86 CAL GAGE NO. 778 C



INIT

12/8/86 CAL
GAGE NO. 778C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	82.159	0.824
3	156.721	1.578
4	229.607	2.311
5	305.845	3.060
6	379.568	3.778
7	453.218	4.493
8	525.098	5.182
9	596.512	5.878
10	678.094	6.636
11	751.595	7.328

GAGE CALIBRATION FACTOR= 102.857 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.5406 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED