
PILE DYNAMICS, INC.

12/8/86 CAL GAGE NO. 779 C



INIT

12/8/86 CAL
GAGE NO. 779C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	75.715	0.783
3	148.639	1.512
4	226.478	2.283
5	300.154	3.024
6	370.835	3.715
7	448.078	4.472
8	523.794	5.208
9	600.553	5.953
10	664.165	6.559
11	749.975	7.398

GAGE CALIBRATION FACTOR= 101.885 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = -4.4053 CORRELATION COEFFICIENT = 0.9999

VALUES ARE AVERAGED